

Intended use

Cleaning tablet for external cleaning of dental splints.

(Recommended) Indication

Cleaning product for preservation of dental splints.

Contra indication

The usage of these cleaning tablets is only applicable for dental splints; if any allergy to mint oil exists it may come to an allergic reaction.

Patient target group and designated operators

Cleaning product for dental splints to be used by wearer of dental splints as well as qualified personnel.

Frequency of use

We recommend daily cleaning. This will prolong the durability of your top-quality dental splint and safeguard an impeccable hygiene and function.

Application

Put the cleaning tablet into the MaxiFresh™ bowl filled with 150 ml of water with a temperature of 37 °C.

Please note: In cooler water the cleaning tablet might not dissolve completely. After the dissolution of the tablet, the reaction time should be at least 15 minutes, the maximum should be 60 minutes.

When reaction time has passed take the dental splint out of the MaxiFresh™ bowl and – with the help of the insert – rinse thoroughly with clear water. After that, dry the surface, you can use a standard, clean paper towel.

Additional information

Any critical incidents which occur in conjunction with these products have to be noticed to the manufacturer and the responsible authority. Shouldn't you be able to perform the application as described, please get in contact with speciality store.

Keep away from children!**Storage conditions**

At room temperature, i. e. 18 °C–28 °C (64 °F– 82 °F)

Shelf life: see imprint

MaxiFresh™ is not to be used when expiry date has passed.

Composition

Contains pentapotassium bis(peroxymonosulphate)bis (sulphate), disodium carbonate, compound with hydrogen-peroxide (2:3), anionic surfactant

Additional information

According to Regulation (EC) No 648: Colorant (< 0,1 %), Nonionic Tenside (≤ 0,7 %), Mint oil / Perfume oil (≤ 0,3 %) Contains Mint oil. May produce an allergic reaction.

Hazard statements

H314 Causes severe skin burns and eye damage. H335 May cause respiratory irritation.

Precautionary statements

P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102 Keep out of reach of children. P103 Read label before use. P260 Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray. P303+P361+P353 IF ON SKIN (or hair): Remove/ Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. P305+P351+P338 IF IN EYES Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P310 Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. P405 Store locked up. P501 Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

MaxiFresh™

Gebrauchsanweisung

Directions for use



This product was developed for dental lab use and has to be applied according to the directions for use. In the case of damages resulting from ulterior or improper use, the manufacturer

assumes no liability. The user is generally obligated to check the product before use. Especially if the purpose is not mentioned in this directions for use.



Zweckbestimmung

Reinigungstablette zur äußeren Reinigung von dentalen Schienen.

(Empfohlene) Indikation

Reinigungsprodukt zum Erhalt von dentalen Schienen.

Gegenanzeigen

Die Reinigungstabletten sind nur für den Einsatz zur Reinigung von dentalen Schienen geeignet; bei Bestehen einer Allergie gegen Minzöl kann es zu einer allergischen Reaktion kommen.

Patientenzielgruppen und vorgesehene Anwender

Reinigungsprodukt für dentale Schienen zur Anwendung durch Träger dentaler Schienen sowie durch ausgebildetes Fachpersonal.

Anwendungshäufigkeit

Wir empfehlen eine tägliche Reinigung. Nur eine tägliche Reinigung erhöht die Lebensdauer Ihrer hochwertigen Zahnschiene und gewährleistet eine einwandfreie Hygiene und Funktion.

Anwendung

Legen Sie die Reinigungstablette in den mit 150 ml und 37 °C warmem Wasser gefüllten MaxiFresh™ Reinigungsbehälter.

Hinweis: Die Verwendung von kälterem Wasser kann dazu führen, dass sich die Reinigungstablette nicht vollständig auflöst.

Nach dem Auflösen der Tablette sollte die Einwirkzeit mindestens 15 Minuten, maximal 60 Minuten betragen.

Nach Beendigung der Einwirkzeit wird die gereinigte Zahnschiene dem MaxiFresh™ Reinigungsbehälter entnommen und unter Zuhilfenahme des Einsatzes wird diese gründlich unter klarem Wasser abgespült. Danach trocknen Sie die Oberfläche ab, hierzu können Sie ein handelsübliches, sauberes Papiertaschentuch verwenden.

Zusatzhinweise

Alle im Zusammenhang mit diesen Produkten bzw. der Verwendung dieser Produkte auftretenden schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden. Sollten Sie die Anwendung nicht wie beschrieben durchführen können, wenden Sie sich bitte an ihr Fachgeschäft.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!**Lagerungsbedingungen**

Bei Raumtemperatur, d. h. 18 °C–28 °C (64 °F–82 °F) lagern. **Haltbarkeit:** s. Aufdruck
MaxiFresh™ nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Zusammensetzung

Enthält Kaliumperoxomonosulfat, Natriumpercarbonat, Anionisches Tensid.

Zusätzliche Angaben

Gemäß Detergenzienverordnung Nr. 648: Farbstoff / Colorant (< 0,1 %), Nichtionisches Tensid (≤ 0,7 %), Minzöl / Parfümöhl (≤ 0,3 %) Enthält Minzöl. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Gefahrenhinweise

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H335 Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Entsorgung des Inhalts/ des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.

Lieferform / Form of delivery

Reinigungstabletten inkl. Reinigungsbehälter/ cleaning tablets incl. cleaning bowl	24 	 D4100
Refill Set	24 	 D4101

Glossar / Glossary

	CE-Kennzeichnung / CE marking of conformity
	Temperaturbegrenzung / Temperature limitation
	Verwendbar bis / Use-by date
	Hersteller / Manufacturer
	Artikelnummer / Item number
	Chargennummer / Batch code
	Medizinprodukt / Medical Device
	Gebrauchsanweisung beachten / Please note instructions for use
	Trocken halten / Keep dry
	Vor Sonneneinstrahlung schützen/ Keep away from sunlight
	Außer Reichweite von Kindern aufbewahren./ Keep out of reach of children.
	Nicht zum Verzehr geeignet! Nicht verschlucken! / Do not eat! Do not swallow!
	Nicht wiederverwenden / Do not re-use

Das Produkt wurde für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt und muss gemäß Gebrauchsinformation angewendet werden. Für Schäden, die sich aus anderweitiger Verwendung oder nicht sachgemäßer Anwendung ergeben, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Darüber hinaus ist der Verwender verpflicht-

et, das Produkt eigenverantwortlich vor dessen Einsatz auf Eignung und Verwendungsmöglichkeit für die vorgesehenen Zwecke zu prüfen, besonders wenn diese Zwecke nicht in der Gebrauchsinformation stehen.



Gefahr
Danger

